

Ook antistatische voorzetkamers zijn niet een-op-een uitwisselbaar bij inhalatietherapie

P. Hagedoorn en F. Grasmeijer, onderzoekers Farmaceutische Technologie en Biofarmacie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen

Referenties:

1. Vincken, W., et al., *Spacer devices for inhaled therapy: why use them, and how?* ERJ Open Research, 2018. 4(2): p. 00065-2018.
2. Smeele, I., et al., NHG-Standaard Astma bij volwassenen (derde herziening), Huisarts Wet 2015;58(3):142-54
3. Snoeck-Stroband, J.B., et al., NHG-Standaard COPD (derde herziening), Huisarts Wet 2015;58(4):198-211
4. Hagedoorn, P., Bawary, W., Frijlink, H.W., Grasmeijer, F., *A comparative analysis of changes in pMDI drug dose delivery before and after detergent coating using five antistatic valved holding chambers* [published online ahead of print October 5, 2019]. J Allergy Clin Immunol Pract. <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2019.09.021>.

De slimme inhalator - opsporingsambtenaar of inhalatietechniek instructeur?

Charlotte Poot, MSc, promovendus LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijns geneeskunde

Wilt u meer informatie over het ACCEPTANCE onderzoek of werkt u in de regio Zuid-Holland of Groningen en wilt u deelnemen? Mail dan naar acceptance@lumc.nl (regio Zuid-Holland) of acceptance@gpri.nl (regio Groningen) of ga naar www.acceptance-onderzoek.nl.